仕　様　書

仕様書番号：026

部署・部屋名	総合診療科
調達機器名	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｶﾙｽｺｰﾌﾟ
調達数量	１式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ　　１台
１－２　眼底鏡ﾚﾝｽﾞ　　１個
１－３　前眼部ﾚﾝｽﾞ　　１個
１－４　耳鏡ﾚﾝｽﾞ　　１個
１－５　皮膚鏡ﾚﾝｽﾞ　　１個
１－６　汎用ﾚﾝｽﾞ　　１個
１－７　内視鏡ｱﾀﾞﾌﾟﾀ　　１個
１－８　付属品　　１式
１－９　取扱説明書　　１部

２．構成品の仕様

２－１　ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ

・外形寸法　：W90×D50×H210mm以内
・電源　：単相AC100V 60Hz
・消費電力　：25VA以下
・重量　：260g以下
・表示形式　：3.5ｲﾝﾁ以上TFTｶﾗｰ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
・操作方法　：ﾊﾟﾈﾙﾀｯﾁ式
・撮影画像ﾓｰﾄﾞ　：静止画ﾓｰﾄﾞ - JPEG、動画ﾓｰﾄﾞ - UVC H264
・ﾏｲｸﾛSDｶｰﾄﾞ　：2～32GB
・ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ　：USB 1ﾎﾟｰﾄ
・ﾊﾞｯﾃﾘ　：充電式、DC3.7V ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池
・寸法　：L135×φ45mm以内
・重量　：150g以下
・撮影画角　：40°
・視野補正範囲　：-20D～+20D
・観察/撮影用光源：白色LED
・寸法　：L47×φ45mm以内
・重量　：90g以下
・撮影画角　：41°

・観察/撮影用光源：白色LED/青色LED（切り換え）
・寸法　　：L70×φ45mm以内
・重量　　：70g以下
・ﾌｫｰｶｽ範囲　　：5～25mm(対角)
・観察/撮影用光源：白色LED
・寸法　　：L58×φ45mm以内
・重量　　：115g以下
・観察/撮影用光源：白色LED
・寸法　　：L25×φ45mm以内
・重量　　：50g以下
・視野角　　：88°(対角)
・観察/撮影用光源：白色LED
・寸法　　：L20×H60×φ52mm以内
・重量　　：35g以下

２－５　付属品

・充電器　　１個
・ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ　　１本
・ﾊﾞｯﾃﾘ　　１個
・ﾏｲｸﾛSDｶｰﾄﾞ　　１枚
・USBｹｰﾌﾞﾙ　　１本
・AVｹｰﾌﾞﾙ　　１本
・画像ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ　　１式